Die perfekte Innovation

IQ-WELL Sanadent

die holistische Pflege für Mundraum, Zunge und Zähne

Kombination von EHF – FREQUENZEN und des unschädlichen Ultravioletten Spektrums

IQ-WELL Sanadent BENUTZERHANDBUCH

INHALT	SEITE
1. Einführung	4
2. Bestimmung des Gerätes	4 –6
3. Wie funktioniert es	6 - 7
4. Die Anwendung	7
5. Technische Daten IQ-WELL SANADENT	8
6. Betriebseinschränkungen	8 - 9
7. Lieferumfang	9
8. Zusammensetzung des Gerätes	9 - 10
9. Inbetriebnahme	11
10. Wartung	11 - 12
11. Vorsichtsmaßnahmen	12
12. Transport und Lagerung	12
13. Mögliche Störungen und deren Beseitigung	12
14. Garantiefrist	12
15. Entsorgung	13
16. Rechtliche Hinweise	13
17. Reklamationen	13
18. Reklamationsschein	14

Lesen die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch bevor Sie das Gerät einsetzen.

1. Einführung

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt zur Pflege des Mundraums erworben.
Damit Sie den erwünschten Erfolg erzielen und lange Freude daran haben, lesen Sie die Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgfältig durch und befolgen Sie diese.

Die Technische Beschreibung des Gerätes ist ein Dokument vom Hersteller. Hier sind die wichtigen Parameter und technische Daten des Gerätes aufgelistet.

2. Bestimmung des Gerätes

In Osteuropa werden neue Methoden wissenschaftlich erforscht, die bei uns als alternativ gelten und die medizinisch noch nicht anerkannt sind.

Es freut uns sehr, dass Sie sich für diese neue Technologie interessieren.

- Das Gerät ist für die Anwendungen im Mund Bereich aber auch im Bereich wo Schleimhäute betroffen sind, bestimmt.

- Man kann es für Präventive Anwendungen für Zahnfleisch, Zunge und Zähne benützen.

- Zur Linderung der Zahnfleischendzündung (Gingivitis, Aphten, viralen Läsionen und Pilzbefall), und der belegten Zunge beitragen.

- Als Schutz bei empfindlichen Zahnhälsen.

- Bei Parodontitis in verschiedenen Stadien sind sehr gute Ergebnisse zu erreichen.

- Bei Störungen des Kiefergelenks bringt es Erleichterung beim Mundöffnen.

- Bringt Linderung bei Trigeminusneuralgie und bei der Gesichtsnervenentzündung.

- Postoperative Regeneration bei Patienten nach Kiefer und Gesichtschirurgischen Engriffen wird beschleunigt.

- Bei Speicheldrüsenendzündung werden nur Schmerzen und Schwellung gelindert, Falls ein Stein die Ursache ist, gehört das in die Hände des Arztes.

- Traumatische Verletzungen im Kieferbereich regenerieren schneller und werden positiv beeinflusst.

3. Wie funktioniert es

Die Funktion des Gerätes beruht auf Kombination von Wirkung den MM Wellen und des unschädlichen Ultravioletten (UV) Spektrums gemeinsam. Es ist eine innovative, russische Technologie.

- MM-Wellen verbessern die Mikrozirkulation der Schleimhaut und die rheologischen Eigenschaften des Blutes werden normalisiert.

- Das korrigiert humorale und zelluläre Immunität, die Produktion von Endorphinen der Gewebe wird dadurch aktiviert, der Zustand der vegetativen Strukturen und endokrinen Formationen verbessert und metabolisches Syndrom beseitigt.

- Die verstärkte Zahnfleischblutung, die in den ersten Tagen auftreten könnte, wird durch die UV-Wirkung kompensiert.

- Das UV-Spektrum hat eine bakterienreduzierende Wirkung, die zur Bildung von Molekülen des Wasserstoffperoxids führt. Auf diese Wirkung ist auch die nicht invasive Bekämpfung der Parodontitis zurück zu führen. Gleichzeitig entsteht ein
- Nebeneffekt so wie der „frischer Atem“ und gesundes rosafarbenes Zahnfleisch, und Zunge.

4. Die Anwendung

- sollte insgesamt 4 Minuten lang (4x Schalten), ohne Druck, fortlaufend entlang des Zahnbogens, innen und außen Bereich, prophylaktisch, erfolgen.
- Die Anwendung bei Beschwerden sollte insgesamt 3-5 Minuten lang (3-5x Schallten), am besten 2 Mal am Tag erfolgen.
- In Speichel enthaltene Frequenzen der MMW und UV, wirken nachhaltig, also möglichst lange nicht schlucken oder ausspülen.
- Man kann mit den IQ-WELL Geräten ein individuelles Mundwasser vorbereitet. Siehe die www.iq-well.com Programm REC. (Recording).

Die Anwendungen werden als Begleitende Unterstützung der Basistherapie empfohlen.
Die Wirkungsweise der Lebenswellen ist eine chemiefreie Alternative und eine schnelle Hilfe.

5. Technische Daten IQ-WELL Sanadent

Gewicht	70 g
Größe	25 mm (W)x185mm (L) x 15 mm (H)
Wellenlänge UV-Strahlung	365 nm
Power-LEDs	10 Mikrowatt
Stromverbrauch im Betriebszustand	Nicht über 0,3 mW
Durchschnittliche Ausgangsleistung	Nicht unter 0,01 mW
Betriebstemperatur bei Feuchtigkeit Stromversorgung	-3°C + 40°C , 15% - 85% Batterien AAA

Die Serien-Nummer befindet sich auf dem Etikett an der Unterseite des Gerätes.

6. Betriebseinschränkungen

Das Gerät darf erst nach dem Lesen des Benutzerhandbuchs verwendet werden.

- Das Gerät nicht verwenden, ohne das Benutzerhandbuch vorher gelesen zu haben.
- Ein defektes oder beschädigtes Gerät nicht benutzen.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden. Nicht ins Wasser tauchen, um zu verhindern, dass Wasser und chemische Substanzen in das Gerät eindringen.

- Das Gerät nicht willkürlich beschädigen oder übermäßigen mechanischen Vibrationen und Stößen aussetzen, nicht quetschen oder fallen lassen. Selbst hergestellte Energieversorgungsvorrichtungen dürfen nicht verwendet werden.
- Das Gerät vor unsachgemäßer Nutzung schützen (z.B. durch Kinder oder Tiere).
- Das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0° C oder nach einer Lagerung bei Temperaturen unter 0° C verwenden, ohne es zuerst mindestens vier Stunden lang bei Raumtemperatur unverpackt aufzuwärmen.
- Bei Funktionsausfall des Gerätes sind keine Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.

Vorbereiten des Gerätes für den Gebrauch

Vor dem Einschalten des Gerätes überprüfen Sie das Gehäuse auf Schäden.

7. Lieferumfang

1.GERÄT IQ-WELL SANADENT		1 Stück
2.Benutzerhandbuch		1 Stück
3.Batterien AAA		2 Stück
4. Verpackung		1 Stück

8. Zusammensetzung des Gerätes

Das Gerät hat eine länglichen Zylindrische Form. Am oberen Ende - am Kopf befinden sich ein MMW-Sender und UV-LEDs.

Auf der Frontseite

befindet sich die (Ein/ Aus) Taste (eine Sensor-Einschalttaste)

Auf der Rückseite

a)Auf Rückseite des Gerätes befindet sich die **Batteriefach**
Das Gerät arbeitet mit zwei AAA-Batterien
Wenn Sie das Gerät zweimal am Tag verwenden, sollte die Alkaline-Batterie für einen Monat Betrieb ausreichen.



b)Gerät **BESCHRIFTUNG:** CE Zeichen - Name und Modell - Serien-Nummer des Gerätes – Hersteller - Pflicht-Sicherheits-Zeichen

9. Inbetriebnahme

Vor dem Einschalten des Gerätes überprüfen Sie das Gehäuse auf Schäden.

Nehmen Sie das Gerät in die Hand, mit dem Daumen über die Einschaltzeichen wischen (von links nach rechts berühren). Die Taste leuchtet rot, was die Betriebsbereitschaft bedeutet. Das wiederholte wischen (von links nach rechts berühren) des Einschaltzeichens schaltet das Gerät ein, blaues Licht leuchtet auf und die Betriebszeit 1 Minute läuft ab.

Alle 10 Sekunden ist der Betrieb durch einen kurzen Signalton begleitet. Nach jeder Minute wird das Gerät automatisch mit einem Signalton abgeschaltet

10. Wartung

- Vor und nach der Verwendung wischen Sie den zylindrischen Teil des Gerätes mit einem Munddesinfektionslösung (Chlorhexamed) ab.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit im Batteriefach, es kann Störungen und Geräteausfall verursachen.
- Verwenden Sie nur alkalische Batterien.
- Batteriewechsel wird gemacht, wenn die Helligkeit der LEDs nachlässt oder keine LED-s leuchten, beim aktiven Gerät.
- Bei der Störung am LED schaltet das Gerät mit Tonbegleitung automatisch ab.

11. Vorsichtsmaßnahmen

- **Achtung! Nicht in die Augen leuchten!**
- **Das Gerät von Kindern fernhalten!**
- In feuchter Umgebung (Speichel) ist das Gerät mit einem Plastikbeutel oder Überzieher zu schützen.
- Das Gerät ist robust gebaut, jedoch gehen Sie mit dem Gerät sorgfältig um
- Das Gerät ist individuell für eine Person bestimmt

12. Transport und Lagerung

Das Gerät sollte in einem Schutzbehälter in geschlossenen Fahrzeugen transportiert werden. Transport Bedingungen und die Lagerungsbedingungen müssen nach Normen im Sinne der Auswirkungen der klimatischen Faktoren erfüllt werden.

13. Mögliche Störungen und deren Beseitigung

Bei der Störung am LED, schaltet das Gerät mit Tonbegleitung automatisch ab.
Die Reparaturarbeiten erfolgen nur beim Hersteller.

14. Garantiefrist

- Garantiefrist des Gerätes beträgt 12 Monaten ab dem Verkaufsdatum.
- Bei Ausfall des Gerätes während der Garantiezeit ist das Gerät samt Technischer Anleitung an den Hersteller zu retournieren.
- Bei Zerstörung der Plombierung wird die Reklamation vom Hersteller nicht übernommen.

- Reparaturen werden vom Hersteller auf Kosten des Käufers in folgenden Fällen durchgeführt:
- Bei der Nichteinhaltung der Vorschriften dieser Anleitung.
- Zerstörung der Plombierung des Herstellers.
- Nach Ablauf der Garantie.
- Für Mängel, die durch unsachgemäße Lagerung, nachlässige Anwendung des Produktes im Vertriebsnetz oder durch den Verbraucher verursacht wurden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

15.ENTSORGUNG

Das Gerät ist entsprechend den Normen der EU hergestellt und ist an einer speziellen Entsorgungs-Stelle für Radioelektronik zu entsorgen.

16. RECHTLICHE HINWEISE

FAZIT & RECHTLICHE HINWEISE

Es werden keine Heilversprechungen abgegeben.

Aus rechtlichen Gründen geben wir folgenden Hinweis: In Europa sind MMW Geräte von der Schulmedizin nicht anerkannt. Zahlreiche medizinische Studien in russischen Uni-Kliniken zeigen allerdings erstaunliche Ergebnisse. Viele Anwender in Europa gehen diesen Alternativen Weg

Millimeter-Wellen-Frequenzen können Ihrem Körper helfen.

Produced in EU exclusively for IQ-WELL

IQ-WELL is a European registered trademark.

Mehr Information finden Sie auf : www.iq-well.com

17. Reklamationen

Die Reklamation muss vom Käufer schriftlich erfolgen

Reklamationsnummer

18. Reklamationsschein

IQ-WELL

Reklamation Schein zu „IQ-WELL“ Produkten

Bitte alle Formularfelder vollständig ausfüllen und ausgedruckt samt Rechnungskopie beifügen!

Kunden- Nr.	**Vor- und Nachname Firma**	
Straße/Hausnummer	**PLZ/Ort**	
Rechnungsdatum	**Rechnungs-Nr.**	
Lieferdatum:	**E-Mail-Telefonnummer**	

Folgende Artikel werden zurückgesandet.

Menge	**Gerät –Nr.**	**Artikel-Bezeichnung**
1.		
2.		
Fehlerbeschreibung		

Ihr Wunsch:…… Unterschrift: ……

IQ-WELL Sanadent

PRÄVENTION STATT INTERVENTION


www.iq-well.com
IQ-WELL®
iqwell@gmx.at

SANADENT